

Разъяснение № 2
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право
заключения Договора поставки лабораторного оборудования

Реестровый номер № 32312200331

«22» марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора -
коммерческий директор
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки лабораторного оборудования, № 32312200331.

Вопросы:

Добрый день!

Просим ответить на запрос:

1	По извещению максимальная цена контракта составляет 33 577 907,67 Р. Также предоставлены цены определения НМЦК. Однако при пересчете количество товара на цену за единицу товара — сумма получается 32 518 347,08 Р. Просим уточнить правильность максимальной цены, цен за единицу товара или количества?
2	Согласно п/п № 2 Приложения № 2. Техническая часть одним из предметов закупки является "Универсальная установка для испытания на колееобразование асфальтобетона DWT". Обозначение DWT в предмете указывает на конкретный товарный знак и фирменное наименование. Между тем, согласно пункта 2 части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки. Также в соответствии с п. 3 части 6.1 статьи 3 Закона в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)". Указание на допустимость эквивалента также отсутствует. Соответственно, названный предмет закупки не соответствует требованиям Закона. В этой связи требуем исключить из предмета закупки указание на товарный знак и фирменное наименование, либо указать на допустимость поставки эквивалента предмета закупки. А также просим прописать техническое описание на прибор таким образом, чтобы была возможность предложить эквивалентный прибор.
3	По техническому заданию п. 36 Плотномер — в описание указан диапазон диаметра штампа: от 99,8 до 10,2 мм. Запрашиваемый диапазон невозможен. Просим исправить.
4	По техническому заданию пп.8,11,77,78,82,93,147 — согласно техническому описанию в комплекте этих позиций необходимо предоставить Свидетельство о первичной аттестации. На запрашиваемые позиции производители предоставляют только свидетельство о калибровке. Просим внести изменения в комплект товаров.
5	По техническому заданию п.115 Лопатка фарфоровая — не указаны размеры. Просим внести изменения и указать требуемые размеры.
6	По техническому заданию п.122 Бумага фильтровальная — 1 шт. Что имеется в виду — 1 лист или 1 кг.? Какие размеры листа?
7	По техническому заданию п.132 Измеритель температуры — согласно техническому заданию прописаны размеры под прибор, который имеет диапазон температур от -50 до +250град. Просим прописать габаритные размеры таким образом, чтобы можно было предложить приборы с диапазоном температур от -50 до +350 град. Или изменить диапазон температур.
8	По техническому заданию в пп.140 и п.141 - согласно техническому описанию в комплекте этих позиций необходимо предоставить Аттестат калибровки. На

	запрашиваемые позиции производителя предоставляют только свидетельство о калибровке. Просим внести изменения в комплект товаров.
9	По техническому заданию в п.145 - Форма для изготовления образцов литого асфальтобетона - согласно техническому описанию в комплекте этих позиций необходимо предоставить поверку. Но запрашиваемый прибор не внесен в Госреестр. Просим внести изменение и удалить требование о поверке.

Ответы на вопрос:

По данным вопросам будут внесены изменения в Извещение.