

Разъяснение № 4
положений Документации о проведении Аукциона в электронной форме на право
заключения Договора на оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров

Реестровый номер № 32514768511

«06» мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела правового
сопровождения ООО УК «Автодор»

_____ Ю.Т. Фетисов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Транспортного отдела
ООО УК «Автодор»

_____ С.А. Орлов

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова

г. Москва – 2025 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о проведении Аукциона в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, реестровый номер № 32514768511

Вопрос 1:

Из документации закупочной процедуры на оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых и послерейсовых медосмотров №32514768511 следует, что в Приложении № 1 (Техническое задание, п. Требования к Программному обеспечению) установлено излишнее требование к оборудованию для оказания услуг: п. Требования к Программному обеспечению:

- ПО обеспечивает визуальные и голосовые подсказки на каждом этапе медицинского осмотра;
- ПО предусматривает отображение номера в очереди к медицинскому работнику;
- ПО предусматривает возможность общения с медицинским работником по инициативе осматриваемого сотрудника после получения любого результата осмотра;

Считаем, что вышеуказанное требование ограничивает возможное число участников аукциона, поскольку не предоставляет право участнику предложить эквивалент товара, т.к. сам по себе медкомплекс не является уникальным и соответственно, разные производители производят ПАК с различными характеристиками, но с учетом Постановления Правительства РФ от 30 мая 2023г.№866.

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. N 866 «Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья» и Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2023 г. № 266н «Порядок и периодичность проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований» не содержат данных требований к медицинским изделиям и ПО, а именно:

- голосовые подсказки на каждом этапе медицинского осмотра; (излишнее требование)
- отображение номера в очереди, (излишнее требование)
- ПО предусматривает возможность общения с медицинским работником по инициативе осматриваемого сотрудника после получения любого результата осмотра.

Данный функционал может быть предусмотрен внутренними системами Исполнителя, которые обеспечивают Техническую поддержку сотрудников Заказчика, медицинскую поддержку (выдача справок, обоснование результата медицинских осмотров и прочее), но не включены в состав ПО к медицинским изделиям. Общение с сотрудниками Исполнителя может быть осуществлено посредством телефонной связи, почты или мессенджеров.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 18.1 (частями 17, 20), статьей 23 Федерального закона «О защите конкуренции», просим вас внести изменения в техническую часть документации, а именно - убрать требования к выбору способа идентификации в медицинском комплексе.

Ответ на вопрос 1:

Будут внесены Изменения в Техническую часть (Приложение № 1 к Аукционной документации).

Вопрос 2:

Просим дать пояснение по п. Требования к медицинским изделиям (ПАК) Технического задания и внести корректировки в формулировки:

- Оборудование должно выполнять свои функции по проведению медицинских осмотров работников Заказчика при устойчивом канале Интернет-соединения.

В рамках оказания услуг кто предоставляет устойчивый канал интернет-соединения, Исполнитель или Заказчик?

Просим Вас внести в Техническое задание четкую и однозначную формулировку, кто в данном случае предоставляет интернет-соединение, а также требуется ли предоставление резервного интернет-соединения со стороны Исполнителя (по необходимости). В случае, предоставления интернет-соединения силами и за счет Исполнителя – интернет будет мобильным (посредством роутера и модема). В данном случае существует реальная проблема глушения сигнала, в связи с СВО и прочими событиями, поэтому необходимо внести корректировки в Договор, в пункты 4.3, 4.5, 4.6. с четким указанием, что Исполнитель не несет ответственность за задержку оказания услуг или временной невозможности оказания услуг по проведению дистанционных медицинских осмотров сотрудников Заказчика, вызванной сбоем работы сотовых операторов.

Ответ на вопрос 2:

Будут внесены Изменения в Проект договора (Приложение № 5 к Аукционной документации)

Вопрос 3:

Исполнитель обеспечивает установку и настройку Оборудования для оказания Услуг и оказывает Услуги Заказчику как по месту его нахождения, так и в обособленных подразделениях Заказчика (Приложение № 1, далее – ОП Заказчика).

В случае проведения дистанционных осмотров, оказание услуг осуществляется по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности – лицензируемого кабинета Исполнителя, по адресу, указанному в лицензии.

В противном случае, у Вас должны быть лицензированы медицинские кабинеты. Размещать оборудование можно по месту нахождения Заказчика – оказывать услуги по – месту осуществления лицензируемого вида деятельности (адрес в Лицензии Исполнителя).

В связи с возникшими вопросами и направлением запроса на их разъяснение, просим продлить срок приема заявок до 19.05.25г.

Ответ на вопрос 3:

В соответствии с п. 1.1 Проекта Договора (Приложение № 5 к Аукционной документации) Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг посредством использования прибора для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приёма и передачи физиологических параметров человека с комплектом оборудования для проведения медицинских осмотров (далее – ПАК, Оборудование). Размещение медицинского персонала для оказания услуг предрейсового/послеревайсового медицинского осмотра является ответственностью Исполнителя по договору. При этом к установке ПАК отсутствуют обязательные требования по установке в лицензированном медицинском кабинете.